

平成 26 年 6 月

各位

株式会社 GSI クレオス
化成品部 理化学課
課長 齋藤 敦

NEOGEN 社メンブランフィルター不具合のロット番号記載漏れの

お詫びと交換対応について

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、弊社取扱商品 NEOGEN 社製アイソグリッドメンブランフィルター(弊社品番 30-QA0100/NEOGEN 社品番 6802)の 2013 年に流通した製造ロットの商品に関して、不具合品の交換対応を取らせていただいております。

先日ご連絡させていただきました交換ロット番号表におきまして、番号の重複と、記載漏れが判明いたしました。

記載漏れしていたロットは、【188382】となります。

そのため、正しい交換該当ロット番号は以下となります。

NEOGEN 社アイソグリッドメンブランフィルター 交換対象ロット

ロット番号	ロット番号
184302	185080
186067	188119
188382	191052

表にごございます製造ロットの商品について、無償での交換対応を行わせていただきます。
当該ロットをお持ちのお客様は、誠に恐れ入りますが下記住所まで着払いにてお送りくださいませ。

ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

謹白

送付先：株式会社 GSI クレオス 化成品部理化学課

〒102-0074 東京都千代田区九段南 2-3-1

TEL 03(5211)1807 (担当：大熊)

品名に「メンブランフィルター交換品」と明記してください。

以上