

■水分活性測定システムバリデーションサービスについて

●湿度校正価格表

品番	品名	価格 (各1台あたり)
10-AW7000S	湿度校正【標準タイプ】 ・全ての機能が正常に動作するかの確認 ・5つのポイントにおいて湿度試験及び調整の実施	¥35,000
10-AW7000F	湿度校正【評価・校正タイプ】 ・評価では標準タイプの項目に加え、校正ご依頼品受取時の数値の記録を実施	¥50,000
10-AW7000P	湿度証明書発行 ・標準液校正証明書・トレサビリティ体系図を発行します。	¥5,000

●温度校正価格表

品番	品名	価格 (各1台あたり)
10-AW7100S	温度校正【標準タイプ】 ・全ての機能が正常に動作するかの確認 ・温度試験及び調整の実施	¥15,000
10-AW7100F	温度校正【評価・校正タイプ】 ・評価では標準タイプの項目に加え、校正ご依頼品受取時の数値の記録を実施	¥22,500
10-AW7100P	温度証明書発行 ・温度校正証明書・トレサビリティ体系図を発行します。	¥3,000

■諸経費は一律 ¥2,500 が必要になります。

■各機種、湿度校正において出荷時校正基準値(AWラボ: $\pm 2.0\%RH$ 以下、その他の機種: $\pm 1.5\%RH$ 以下)となるように調整を実施します。但し、調整限界を超えている場合には修理等の別作業が必要となります。

(修理費は点検・校正価格には含まれておりません。)

■温度校正においては出荷時校正基準値を全機種 $\pm 0.5^{\circ}C$ 以下となるように調整を実施します。

■各バリデーションサービスには試験成績書が含まれております。

■修理を行った場合は修理報告書を添付させていただきます。

●水分活性測定システムの技術サポート連絡先

水分活性測定システムについての機器トラブル、バリデーションサービス、技術的問い合わせ等については全国共通になります。連絡先は以下の通りです。

株式会社GSIクレオス
東日本技術センター

〒111-0055
東京都台東区三筋1-17-12
TEL: 03-5833-2570 ※1
FAX: 03-5820-0145

※1 受付時間・・・月曜～金曜 9:00～12:00 13:00～17:30
(土・日・祝日・年末年始はご利用頂けません)