

■水分活性測定システム バリデーションサービスについて

●湿度校正価格表

品番	品名	価格 (各1台あたり)
10-AW7000S	湿度校正【標準タイプ】 ・全ての機能が正常に動作するかの確認 ・5つのポイントにおいて湿度試験及び調整の実施	¥35,000
10-AW7000F	湿度校正【評価・校正タイプ】 ・評価では標準タイプの項目に加え、初期状態に戻す前の状態(検査品受取時)での検査の実施	¥50,000
10-AW7000P	標準液校正証明書・トレサビリティ体系図発行料(湿度のみ)	¥5,000

●温度校正価格表

品番	品名	価格 (各1台あたり)
10-AW7100S	温度校正【標準タイプ】 ・全ての機能が正常に動作するかの確認 ・温度試験及び調整の実施	¥15,000
10-AW7100F	温度校正【評価・校正タイプ】 ・評価では標準タイプの項目に加え、初期状態に戻す前の状態(検査品受取時)での検査の実施	¥22,500

■諸経費は一律 ¥2,500 が必要になります。

■検査結果が許容範囲外になった場合には、調整を実施します。

但し、調整限界を超えている場合は修理等の別作業が必要となります。修理費用等は事前に別途お見積致します。

■各バリデーションサービスには試験成績書が含まれております。

■修理を行った場合は修理報告書を添付させていただきます。

●水分活性測定システムの技術サポート連絡先

水分活性測定システムについての機器トラブル、バリデーションサービス、技術的問い合わせ等については全国共通になります。連絡先は以下の通りです。

株式会社GSIクレオス
東日本技術センター

〒111-0055
東京都台東区三筋1-17-12
TEL:03-5833-2570 ※1
FAX:03-5820-0145

※1 受付時間・・・月曜～金曜 9:00～12:00 13:00～17:30
(土・日・祝日・年末年始はご利用頂けません)